

Руководство пользователя приложения «MGT РАСХОД» (Ред. 2)

1. Включите на телефоне Wi-Fi и подключитесь к сети с именем PUU_DSP_XX (XX -номер установки).
2. Запустите приложение MGT РАСХОД. Появится экран с показаниями:



3. Чтобы перейти к следующему экрану («Экран 2») нажмите «Меню» в левом верхнем углу, и далее нажмите правую стрелку, а чтобы вернуться назад на «Экран 1», нажмите левую стрелку.



4. Приложение отображает следующие показания:

Характеристика	Описание
Накопленная масса, кг	Накопленная масса с момента перезапуска массомера
Массовый расход за 2 часа, кг/2часа	Вычисленное значение массового расхода за предыдущие 2 часа
Массовый расход за сутки, т/сут	Вычисленный массовый расход за предыдущие сутки
Мгновенный массовый расход, кг/с	Измеренный мгновенный массовый расход
Мгновенный объемный расход, м3/сут	Измеренный мгновенный объемный расход
Плотность, кг/м3	Измеренная плотность жидкости
Давление, МПа	Измеренное давление
Температура, °С	Измеренная температура жидкости

5. При первом подключении к установке возможно возникновение ошибки «ТСР Ошибка при подключении 192.168.7.1», логотип вверху экрана при этом будет красным.



В этом случае необходимо полностью закрыть приложение HMI Kaskada Modbus (именно закрыть, а не просто свернуть) и запустить приложение MGT РАСХОД заново. При последующих подключениях к данной установке ошибка больше возникать не будет.